

Общество с ограниченной ответственностью
«Казанский Центр Сертификации и Метрологии»
(ООО «Казанский ЦСМ»)

ИНН 1656067850, КПП 165601001

Юридический адрес: 420032, Республика Татарстан, город Казань,
улица Гладилова, дом 27, помещение 1013
Почтовый адрес: 420104, РТ, г. Казань, а/я 543

исх. № 452/01

от 21.04.2022

Информационное письмо о поверке

Настоящим мы, Общество с ограниченной ответственностью «Казанский Центр Сертификации и Метрологии» (ООО «Казанский ЦСМ»), аттестат аккредитации RA.RU.312063, уведомляем Вас о том, что Термометры электронные медицинские OMRON Flex Temp Smart (MC-343F-RU) с серийными номерами, указанными в приложении №1 к настоящему письму, поверены 20.04.2022г. в соответствии с документом МИ 3555-2016 "Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки" со сроком действия поверки до 19.04.2024г., включительно.

Результаты первичной поверки положительные.

В соответствии с Частью 4 Статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, которые публикуются в срок, не превышающий 40 рабочих дней с даты проведения поверки.

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Директор



А.А. Садреева

Перечень средств измерений

Модель	Диапазон серийных номеров	Дата поверки	Действительно до (включительно)
OMRON Flex Temp Smart (MC-343F-RU)	20201212301UF-20201212500UF 20201212701UF-20201212800UF 20201212901UF-20201213000UF 20201213101UF-20201220000UF 20201220001UF-20201220100UF 20201220201UF-20201220300UF 20201220501UF-20201220600UF 20201223701UF-20201224900UF 20201225001UF-20201225700UF 20201226101UF-20201226200UF 20201226901UF-20201227000UF 20201227301UF-20201227500UF 20201227601UF-20201227700UF	20.04.2022	19.04.2024

Директор



А.А. Садрева