

Общество с ограниченной ответственностью  
«Казанский Центр Сертификации и Метрологии»  
(ООО «Казанский ЦСМ»)

ИНН 1656067850, КПП 165601001

Юридический адрес: 420032, Республика Татарстан, город Казань,  
улица Гладилова, дом 27, помещение 1013  
Почтовый адрес: 420104, РТ, г. Казань, а/я 543

---

исх. № 314/01

от 17.03.2022

**Информационное письмо о поверке**

Настоящим мы, Общество с ограниченной ответственностью «Казанский Центр Сертификации и Метрологии» (ООО «Казанский ЦСМ»), аттестат аккредитации RA.RU.312063, уведомляем Вас о том, что Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON M2 Classic (HEM-7122-LRU) с серийными номерами, указанными в приложении №1 к настоящему письму, поверены 16.03.2022г. в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 "ГСИ. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки" со сроком действия поверки до 15.03.2024г., включительно.

Результаты первичной поверки положительные.

В соответствии с Частью 4 Статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, которые публикуются в срок, не превышающий 40 рабочих дней с даты проведения поверки.

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Директор



А.А. Садреева

Перечень средств измерений

Модель	Диапазон серийных номеров	Дата поверки	Действительно до (включительно)
OMRON M2 Classic (HEM-7122-LRU)	20211100001LG-20211101500LG	16.03.2022	15.03.2024

Директор



А.А. Садреева